

**AIDIMA**

CERTIFICADO DE ENSAYO


Referencias: 1302063-13 – 1305132-02M1 – C

PRODUCTO:

Armario vitrina de pie. (2 puertas corre. + 2 girator.).
Código: **00830040**.
*Códigos adicionales: **00830020, 00830030**.

EMPRESA:

FORMIMETAL, S. L.
CR ZARAGOZA-HUESCA, KM 9,6
50830 VILLANUEVA DE GALLEGO
ZARAGOZA – ESPAÑA
Tel.: 97 618 52 68
CIF: B 5002168

**ENSAYO:**

Adecuación a la siguiente norma:
"UNE EN 14727:05"
Mobiliario de laboratorio. Muebles contenedores para laboratorios.
Requisitos y métodos de ensayo.

RESULTADO:

Cumple satisfactoriamente las especificaciones fijadas por la norma aplicada en los siguientes ensayos:

ENSAYO	RESULTADO
- Apdo. 6 – Requisitos generales de seguridad.	CORRECTO
- Apdo. 7.1.1 – Posición estable de los estantes ($F_H = > 100$ N., $F_V = > 110$ N.)	CORRECTO
- Apdo. 7.1.2 – Flexión estantes ($Q = 36,5$ kg., $t = 7$ días)	CORRECTO
- Apdo. 7.2 – Resistencia soportes estantes ($Q = 36,5$ kg., $M = 1,7$ kg., $n = 10$ veces)	CORRECTO
- Apdo. 7.3.2 – Resistencia puertas giratorias ($M = 30$ kg., $n = 10$ veces)	CORRECTO
- Apdo. 7.3.3 – Carga estática horizontal puerta abierta ($F_V = 80$ N., $n = 10$ veces)	CORRECTO
- Apdo. 7.3.4 – Durabilidad puertas giratorias con bisagras ($n = 50.000$ ciclos)	CORRECTO
- Apdo. 7.4.2 – Apertura y cierre brusco puerta corredera ($M = 4,5$ kg., $n = 10$ veces)	CORRECTO
- Apdo. 7.7.1 – Carga estática planos de trabajo ($F_V = 1000$ N., $n = 10$ veces)	CORRECTO

Paterna, 14 de Junio de 2013

Fdo. José Emilio Nuévalos
Responsable Laboratorio mueble

El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas por el Laboratorio de AIDIMA.

Los resultados particulares del ensayo se encuentran descritos en el informe técnico refs.: 1302063-11-12-13 y 1305132-02 del 14/06/2013.

El presente certificado anula y sustituye al certificado de referencia: 1302063-13 – 1305132-02M C. () códigos adicionales según información facilitada por el fabricante.*

"AIDIMA es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal, de la Madera y el Mueble, entre cuyos miembros se encuentran: BRE-CTTC (Reino Unido), CATAS SPA (Italia), COSMOB (Italia), CTIB-TCHN (Bélgica), DTI (Dinamarca), ELKEDE (Grecia), FCBA (Francia), IHD (Alemania), ITD (Polonia), SHR (Holanda), TRADA-FIRA (Reino Unido), University of British Columbia (UBC-DWS) (Canadá), University of Zagreb (Croacia), WKI (Alemania)."



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification



Certificación

Concedida a

FORMIMETAL, S.L.

CTRA ZARAGOZA HUESCA KM 9,6 - 50830 - VILLANUEVA DE GÁLLEGO - ZARAGOZA - ESPAÑA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión de Ecodiseño ha sido auditado y encontrado conforme con las directrices de la norma:

NORMA

ISO 14006:2020

(UNE-EN ISO 14006:2020)

El Sistema de Gestión se aplica a: (ver anexo)

DISEÑO, COMERCIALIZACIÓN, PRODUCCIÓN, INSTALACIÓN, MONTAJE Y SERVICIO POST VENTA DE MOBILIARIO TÉCNICO DE LABORATORIO.

Número del certificado:	ES146578-1
Aprobación original:	01-12-2021
Certificado en vigor:	16-10-2024
Caducidad del certificado:	15-10-2027

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24,28108 Alcobendas - Madrid, España



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification



Anexo

Certificación

Concedida a

FORMIMETAL, S.L.

Productos a los que se aplica el sistema de gestión de ecodiseño según las directrices de la norma ISO 14006:2020

VITRINA DE GASES NBL1300

VITRINA DE GASES NBL1600

VITRINA DE GASES NBL1900

VITRINA DE GASES NBL 2100

Número del certificado:	ES146578-1
Aprobación original:	01-12-2021
Certificado en vigor:	16-10-2024
Caducidad del certificado:	15-10-2027

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24,28108 Alcobendas - Madrid, España



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification



Anexo

Certificación

Concedida a

FORMIMETAL, S.L.

Productos a los que se aplica el sistema de gestión de ecodiseño según las directrices de la norma ISO 14006:2020

ARMARIO DE LABORATORIO EXCEPTO PARA PRODUCTOS PELIGROSOS

MESAS DE LABORATORIO CON ESTRUCTURA MODULAR

CABINA DE ASPIRACIÓN CEM

Número del certificado:	ES146578-1
Aprobación original:	01-12-2021
Certificado en vigor:	16-10-2024
Caducidad del certificado:	15-10-2027

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24,28108 Alcobendas - Madrid, España